

Сходно члану 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке добара: Лабораторијски прибор и потрошни материјал, по партијама, редни број набавке М-42/20, даје следећи одговор на питање заинтересованог лица:

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ:

Према Вашем позиву број М-42/20 набавка прибора и материјала за лабораторију, молим вас за појашњење:

ПИТАЊЕ 1:

Ставка 2- тражена је аут пипета 100-1000 μL , инкремент 2 μL . Да ли је одговарајуће понудити пипету са бољим инкрементом 1 μL што одговара произвођачу Socorex како је тражено?

ОДГОВОР 1:

Одговарајуће је понудити:

-Automatska jednokanalna pipeta 100-1000 μL , increment 2 μL ili 1 μL , proizvođač: Socorex, Ependorf, Roth ili Rainin ili odgovarajući.

ПИТАЊЕ 2:

Ставка 3- тражена је аут пипета 500-5000 μL , инкремент 5 μL . Да ли је одговарајуће понудити пипету са инкрементом 10 μL што одговара произвођачу Socorex како је тражено?

ОДГОВОР 2:

Одговарајуће је понудити:

-Automatska jednokanalna pipeta 500-5000 μL , increment 5 μL ili 10 μL , proizvođač: Socorex, Ependorf, Roth ili Rainin ili odgovarajući.

ПИТАЊЕ 3:

Ставка 6-папирни чамчићи, тражено је паковање 20 ком- 2 ком, а уобичајено је паковање 100 ком. Да ли је у питању грешка? Да ли је потребно понудити 2 пак по 100 ком или је укупна тражена количина 40 ком?

ОДГОВОР 3:

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације, која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације.

Објашњење број: 1
Датум: 12.10.2020.г.

Комисија за јавну набавку