Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке добара: Лабораторијски прибор и потрошни материјал, по партијама, редни број набавке М-32/17, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица:

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ:
Јавна набавка добара : Лабораторијски прибор и потрошни материјал, по партијама,
Партија 2 – Лабораторијски прибор и потрошни материјал
Партија 3 – Филтер папир

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања везано за тендерску документацију за јавну набавку М-32/17
Из Партије 2. – Лабораторијски прибор и потрошни материјал

ПИТАЊЕ 1:
За ставку 13 – парафилм; Да ли је одговарајуће понудити парафилм стандардних димензија
Ширина 10cm x дужина 75m
Ширина 10cm x дужина 38m
Ширина 5cm x дужина 75m
Ширина 50cm x дужина 15m?

ОДГОВОР 1:
Одговарајуће је понудити парафилм следећих димензија: ширина 10cm x дужина 38m.

ПИТАЊЕ 2:
За ставку број 15 – Да ли можете да нам наведете димензије тражене шпатуле?

ОДГОВОР 2:
Одговарајуће је понудити шпатулу димензије 165cm.

ПИТАЊЕ 3:
За ставке број 19, 20 – наводите исти опис, да ли су у питању исте ставке, да ли је одговарајуће понудити омчасату езу од нерђајућег челика?

ОДГОВОР 3:
Одговарајуће је понудити омчасату езу од нерђајућег челика.

ПИТАЊЕ 4:
За ставку број 23 – да ли је одговарајуће понудити пинцету закривљену дужина 115mm, 18/10 steel?

ОДГОВОР 4:
Одговарајућа је понудити пинцету дужине 115mm. Њен прецизни назив је PINCETA ZA IRIS (користи се у офтамолошкој хирургији), прави се од челика за медицинске инструменте –18/10 steel . Врхови треба да буду закривљени, танки и не смеју да буду са оштрим ивицама. Фотографија у прилогу.

ПИТАЊЕ 5:
За ставку број 24 – да ли је одговарајуће понудити ерленмајер са пластичним или стакленим запушачем?

ОДГОВОР 5:
Одговарајуће је доставити ерленмајер са пластичним запушачем

ПИТАЊЕ 6:
За ставку број 27 – да ли је одговарајуће понудити шприц боцу од 250ml?

ОДГОВОР 6:
Одговарајуће је понудити шприц боцу од 250ml.

ПИТАЊЕ 7:
За ставку број 32 - да ли можете да нам наведете каталошки број артикла или детаљнији опис траженог артикла?

ОДГОВОР 7:
Керамичко постоље за боцу треба да по димензијама одговара димензији боце која је тражена кроз ставку 31.

ПИТАЊЕ 8:
За ставку број 45 – да ли је одговарајуће понудити паковање или 1 комад?

ОДГОВОР 8:
Одговарајуће је понудити Фалкон кивете које се продају у паковању од 50 комада.

ПИТАЊЕ 9:
За ставку број 51,52 – да ли је одговарајуће понудити чаше ниска форма?

ОДГОВОР 9:
Није одговарајуће понудити чаше ниске форме.

ПИТАЊЕ 10:
За ставку број 53 – да ли је одговарајући ерленмајер уско или широко грло?

ОДГОВОР 10:
Одговарајуће је понудити ерленмајер широко грло.

ПИТАЊЕ 11:
За Партију 3 – филтер папир
За ставку број 8 – да ли можете да нам кажете,који диаметар филтер папира је потребан?

ОДГОВОР 11:
Одговарајуће је понудити диаметар филтер папира Ø 125mm.

ПИТАЊЕ 12:
За ставку број 9 – да ли је одговарајуће понудити у табацима,или сечени и којих димензија и која боја траке?

ОДГОВОР 12:
За ставку број 9. одговарајуће је понудити квалитативни филтер папир следећих карактеристика: 80g/m2, пречник 125mm, брзина филтрације 10ml/180 секунди, паковање од 100 комада, плава трака.

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације.

Објашњење број 4:

Комисија за јавну набавку

Датум: 28.09.2017.г.