

Сходно члану 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15), директор Института за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, доноси

**Одлуку
о обустави поступка јавне набавке добра – Лиофилизатор, редни број набавке 15/19**

- Обуставља се поступак јавне набавке добра – Лиофилизатор, редни број набавке 15/19, из разлога што су све пристигле понуде неприхватљиве.
- Процењена вредност јавне набавке износи 2.300.000,00 динара.
- Одлуку о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења и доставити Одељењу комерцијалних послова и архиви.
- Обавештење о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана коначности ове Одлуке.
- Супањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о додели уговора број 7бр.15/19-11 од 21.11.2019.године.

Образложење

У предметном поступку јавне набавке, након објављивања Одлуке о додели уговора број 7бр.15/19-11 од 21.11.2019.године на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца, у складу са чланом 110. ЗЈН достављена је на увид понуђачу „DONAU LAB“ д.о.о., Карађорђева број 15/2, 11080 Земун, документација, односно понуда понуђача „Кефо“ д.о.о., Бачка број 1у, 11000 Београд.

Молбом од 25.11.2019.године понуђач „DONAU LAB“ д.о.о., Карађорђева број 15/2, 11080 Земун, ставио је примедбу на стручну оцену понуде понуђача „Кефо“ д.о.о., Бачка број 1у, 11000 Београд у погледу достављених доказа везано за кадровски капацитет и у погледу доказивања техничке спецификације понуђеног добра, предлажући да се још једном размотри и преиспита Одлука о додели уговора.

Сходно напред наведеном, Наручилац је делимично поништио поступак јавне набавке у делу стручне оцене понуда и поново извршио стручну оцену понуда предметне набавке.

Наручилац је након доношења Одлуке о покретању поступка и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на својој интернет страни.

До истека рока за подношење понуда, односно до 20.11.2019. године до 12,00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача:

- понуда понуђача „DONAU LAB“ д.о.о., Карађорђева број 15/2, 11080 Земун,
- понуда понуђача „Кефо“ д.о.о., Бачка број 1у, 11000 Београд.

О поступку отварања понуда, Комисија је сачинила Записник о отварању понуда и копију истог доставила понуђачима.

Комисија је извршила стручну оцену понуда и у Извештају о стручној оцени понуда констатовала следеће:

- понуда понуђача „DONAU LAB“ д.о.о., Карађорђева број 15/2, 11080 Земун, број понуде АР-1908012 од 18.11.2019. године са понуђеном ценом у износу од 2.323.283,00 динара је неприхватљива из разлога што је понуђач понудио цену преко процењене вредности која износи 2.300.000,00 динара;
 - понуда понуђача „Кефо“ д.о.о., Бачка број 1у, 11000 Београд, број понуде 19/478 од 19.11.2019. године са понуђеном ценом у износу од 2.090.000,00 динара је неприхватљива из разлога што је понуђач доставио Сертификат из 2018. године (Service Training Laboratory&EPSILON Pilot freeze dryers), као доказ о испуњености додатног услова у погледу кадровског капацитета, у којем није наведено да је сервисер обучен за ALPHA liofilizator и није наведено да је обучен да ради инсталацију предметног уређаја, како је дефинисано у поглављу IV Конкурсне документације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова. Затим, понуђач доказивање техничке спецификације није извршио у потпуности достављањем каталога-извода из каталога, или неког другог произвођачког документа, из кога се недвосмислено види да је понуђено добро усаглашено са захтевима спецификације Наручиоца, односно није доставио и означио делове каталога којима се доказује:
- ✓ могућност програмирања интервала одржавања пумпе и лиофилизатора;
 ✓ могућност тестирања перформанси система (вакуум и температура кондензатора);
 ✓ приказ грешке у систему са описом грешке;
 ✓ ручно покретање било којег програмског сегмента (замрзавање, сушење, финално сушење);
 ✓ могућност касније надоградње софтвером за документацију и контролу преко рачунара;
 ✓ могућност избора различитих јединица: °C/F mbar/hPa;
 ✓ да лиофилизатор има један отвор за прозрачивање а други за дренажу.

Све напред наведено чини битан недостатак понуде у складу са чланом 106. став 1. тачка 2. и 5. 3JH.

Имајући у виду напред наведено, то је и донета Одлука као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове Одлуке понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за додељу уговора и који је претрео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог закона, може поднети затев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

